

Papildus par I. Pārskatu par darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem (rentģeniekārtas)

2. tabula “Informācija par operatora īpašumā (valdījumā vai turējumā) esošiem radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem”

Tabulā norāda visas rentģeniekārtas, ko operators lieto vai glabā. Lūdzam papildus norādīt, kuras rentģeniekārtas iepriekšējā kalendārā gada laikā iegādātas un kuras rentģeniekārtas likvidētas vai atsavinātas.

Rentģeniekārtas grupas nosaukumu norāda saskaņā ar VVD RDC vadlīnijām Nr.2 (<http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/radiacijas-drosibas-centrs/vadlinijas-operatoriem-darbam-ar-jonizejosa-starojuma-avotiem/>). Medicīnas un zobārstniecības rentģeniekārtām norāda arī attēla iegūšanas veidu – filma, fosforplate, digitāli.

Tabulā norāda modeli, tipu un numuru gan pašai rentģeniekārtai, gan rentģenlampai un ģeneratoram. Tabulā norāda rentģeniekārtas lietošanas vai glabāšanas vietu (nodaļu, korpusu, telpu), piemēram, Zobārstniecības kabinets Nr. 1, Kabinets Nr. 337, Operāciju bloks.

Visām rentģeniekārtām norāda informāciju par pēdējo veikto darba vietas monitoringu arī tad, ja darba vietas monitorings veikts senāk nekā iepriekšējā kalendārā gada laikā.

Medicīnas un zobārstniecības rentģeniekārtām norāda informāciju par pēdējo veikto tehnisko parametru pārbaudi un elektrodrošības pārbaudi. Ja pēdējā tehnisko parametru pārbaudē konstatēta parametru neatbilstība, to norāda tabulā.