

**Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izstrādātās 2019. gada 15. marta vadlīnijas
Nr. 8**

**“Iesnieguma aizpildīšana reģistrācijas apliecības darbībām ar jonizējošā
starojuma avotiem saņemšanai operatoriem zobārstniecības jomā”**

Satura rādītājs

I. Tiesību akti darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrēšanai	2
1. Reģistrējamās darbības	2
2. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai	2
3. Brīvas formas iesniegums izmaiņu veikšanai un anulēšanai	3
4. Valsts nodevas apmērs	3
II. Vadlīnijas iesniegumam pievienoto dokumentu (pielikumu) sagatavošanai	4
Iesnieguma veidlapas 5.1. punkts (Jonizējošā starojuma avots)	4
Iesnieguma veidlapas 5.2. punkts (Darbību veikšanas vieta)	5
Iesnieguma veidlapas 5.3. punkts (Darbu vadītājs un darbinieki)	7
Pielikumi	9
Piemērs iesnieguma 5.3. pielikuma “Darbu vadītājs un darbinieki” tabulai	9
Piemērs iesnieguma pielikumiem rentgeniekārtas glabāšanai	10

Vadlīnijas **operatoriem zobārstniecības jomā** sagatavotas, lai skaidrotu iesnieguma aizpildīšanas un iesnieguma pielikumu sagatavošanas kārtību saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem” 3. pielikumā noteikto iesnieguma veidlapu.

Vadlīnijās norādīti minimālie kritēriji un tipiskākās situācijas, kas rodas iesnieguma aizpildīšanā. Vienlaikus VVD RDC darbinieki ir tiesīgi pieprasīt papildu informāciju, lai pārliecinātos par radiācijas drošības prasību ievērošanu.

I. Tiesību akti darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrēšanai

Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanai un reģistrēšanas kārtību nosaka likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 752).

1. Reģistrējamās darbības

Darbības ar jonizējošā starojuma avotiem zobārstniecībā ir reģistrējamas darbības, līdz ar to darbību veikšanai jāsaņem VVD RDC izsniegta **beztermiņa reģistrācijas apliecība**. Vienlaikus spēkā ir speciālās atļauja (licences), ko VVD RDC izsniedzis līdz 31.12.2015.

Jāņem vērā, ka reģistrācijas apliecība nav nepieciešama rentgeniekārtu iegādei, transportēšanai, ievēšanai no un izvešanai uz Eiropas Savienības dalībvalsti un tranzītam no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti.

Pēc rentgeniekārtas iegādes 10 darba dienu laikā jāiesniedz iesniegums reģistrācijas apliecības saņemšanai vai izmaiņu veikšanai saistībā ar rentgeniekārtas **lietošanu vai glabāšanu**.

Izmaiņas reģistrācijas apliecībā jāveic (MK noteikumu Nr. 752 32. punkts):

- ja mainījies juridiskās personas nosaukums vai juridiskā adrese,
- ja zobārsts saņēmis reģistrācijas apliecību kā fiziska persona (piemēram, Jāņa Bērziņa ārsta prakse zobārstniecībā), izmaiņas jāveic saistībā ar vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietas adresi,
- ja mainījušās veicamās darbības (piemēram, rentgeniekārta tiks glabāta, nevis lietota),
- ja mainījusies rentgeniekārta (piemēram, iegādāta jauna vai likvidēta iepriekšējā),
- ja mainījusies darbību veikšanas adrese vai telpa.

2. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai

Iesniegumu veidlapas licences saņemšanai un reģistrācijai noteiktas MK noteikumu Nr. 752 3. pielikumā.

Operatori zobārstniecības jomā, kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence), kas izdota līdz 31.12.2015., var izvēlēties:

- 1) saglabāt speciālo atļauju (licenci) un veikt tajā grozījumus. Grozījumu veikšanai jāaizpilda un jāiesniedz II. Iesniegums licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem,
- 2) anulēt speciālo atļauju (licenci) un saņemt reģistrācijas apliecību. Šajā gadījumā jāaizpilda brīvas formas iesniegums speciālās atļaujas (licences) anulēšanai un I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai.

Iesnieguma veidlapā jonizējošā starojuma avota grupas nosaukums jānorāda saskaņā ar VVD RDC 20.10.2016. vadlīnijām Nr. 2 “Jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma un iekārtas komplektācijas norādīšana”:

- intraorālā zobārstniecības rentgeniekārta,
- panorāmas zobārstniecības rentgeniekārta,
- koniska staru kūļa datortomogrāfijas iekārta (panorāmas 3D zobārstniecības rentgeniekārta).

Papildus jānorāda informācija par attēla iegūšanas veidu:

- darbam ar filmu,
- darbam ar fosforplašu sistēmu,
- darbam ar tiešo digitālo attēlu iegūšanas sistēmu.

3. Brīvas formas iesniegums izmaiņu veikšanai un anulēšanai

Iesniedz brīvas formas iesniegumu un valsts nodevas maksājuma apliecinājumu, ja vēlas veikt izmaiņas reģistrācijas apliecībā saistībā ar rentģeniekārtas lietošanas pārtraukšanu un glabāšanas uzsākšanu, iznomāšanu vai izslēgšanu no jonizējošā starojuma avotu saraksta pēc tā atsavināšanas vai likvidēšanas. Brīvas formas iesniegumā pieprasa veikt grozījumus un norāda:

- a) **glabāšanas** gadījumā - rentģeniekārtu, tās glabāšanas adresi un vietu (telpu), informāciju par fiziskās aizsardzības pasākumiem (ja glabāšana paredzēta citā adresē) (MK noteikumu Nr. 752 34. punkts). Jāmaksā valsts nodeva 10 eiro apmērā,
- b) **iznomāšanas** gadījumā - informāciju par iznomāto rentģeniekārtu un personu, kurai tiek iznomāta rentģeniekārta (MK noteikumu Nr. 752 38. punkts). Iesniegumam pievieno nomas līguma kopiju. Valsts nodeva nav jāmaksā,
- c) **atsavināšanas (arī likvidēšanas)** gadījumā - informāciju par atsavināto (arī likvidēto) rentģeniekārtu un personu/uzņēmumu, kas ieguvis (arī likvidējis) rentģeniekārtu (MK noteikumu Nr. 752 36. punkts). Iesniegumam pievieno rentģeniekārtas pieņemšanas un nodošanas akta (arī likvidācijas akta) kopiju. Jāmaksā valsts nodeva 10 eiro apmērā.

Ja atsavināta vai likvidēta vienīgā rentģeniekārta, iesniedz brīvas formas iesniegumu **reģistrācijas apliecības anulēšanai**. Iesniegumā norāda:

- anulējamās reģistrācijas apliecības numuru;
- iemeslu reģistrācijas apliecības anulēšanai (piemēram, darbību pārtraukšana un rentģeniekārtas likvidēšana). Valsts nodeva nav jāmaksā. Iesniegumam pievieno informāciju par atsavināto rentģeniekārtu un personu/uzņēmumu, kas ieguvis rentģeniekārtu, un arī rentģeniekārtas pieņemšanas un nodošanas akta kopiju.

4. Valsts nodevas apmērs

Valsts nodevas apmērs par reģistrācijas izsniegšanu (97 eiro) un izmaiņu veikšanu (54 eiro) (MK noteikumu Nr. 752 4. pielikums). Papildus ir noteiktas izmaiņas, par kuru veikšanu maksājama samazināta valsts nodeva 10 eiro apmērā, un situācijas, kurās valsts nodeva netiek piemērota. Vairāku grozījumu gadījumā maksā tikai vienu (lielāko) valsts nodevu!

Parakstītu iesniegumu iesniedz operatora pilnvarota persona – personiski VVD Lietvedības daļā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi pasts@vvd.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar elektronisko parakstu.

II. Vadlīnijas iesniegumam pievienoto dokumentu (pielikumu) sagatavošanai

Nr.p. k.	Iesnieguma veidlapas punktā noteiktais dokuments/informācija	Skaidrojums par dokumenta (pielikuma) iesniegšanas kārtību un saturu
Iesnieguma veidlapas 5.1. punkts (Jonizējošā starojuma avots)		
5.1.1.	tehniskā dokumentācija radioaktīvo vielu nesaturošam jonizējošā starojuma avotam – pamatinformācija par jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukumu, ražotāju, modeli, tipu, ražošanas gadu, maksimālo spriegumu un jaudu, rentgenlampas modeli, tipu un numuru, ģenerators modeli, tipu un numuru; medicīnā arī attēla iegūšanas sistēmas tehniskā informācija	Pielikumu iesniedz, ja ir iegādāta jauna rentgeniekārta, ar to saprotot, ka iegādāta rentgeniekārta no izplatītāja vai cita operatora, kurš to iepriekš lietojis. Nepieciešams ņemt vērā: - ja, iesniedzot iesniegumu, nav rentgeniekārtas tehniskās dokumentācijas, iesniedzējs var iesniegt rakstisku dokumentu (aplūcinājumu), kurā norāda rentgeniekārtas tehniskos datus; - ja attiecīgā informācija vai dokuments nav pieejams pirms iesnieguma iesniegšanas, operators 30 dienu laikā pēc rentgeniekārtas saņemšanas (iegādes) iesniedz šo informāciju vai dokumentu VVD RDC; - tehniskās dokumentācijas ieteicamais iesniegšanas veids ir “Rentgeniekārtas tehniskā pase”.
5.1.2.	pēdējo pārbaužu rezultātu pārskata kopijas (piemēram, funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana (tehnisko parametru novērtēšana), elektrodrošības pārbaude, kalibrēšana)	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - jaunas rentgeniekārtas lietošanai; - glabāšanā esošas rentgeniekārtas lietošanas uzsākšanai; - rentgeniekārtas lietošanai pēc tās lietošanas adreses vai vietas (telpas) maiņas. Jāiesniedz elektrodrošības pārbaudes pārskata kopija un funkciju atbilstības testēšanas un novērtēšanas (tehnisko parametru novērtēšanas) pārskata kopija.
5.1.3.	informācija par līgumiem, kas noslēgti par darbībām, kuras pieprasītais pats neveiks, norādot līgumu puses, darbības laiku un līguma priekšmetu	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu jaunas reģistrācijas apliecības saņemšanai rentgeniekārtas lietošanai. Veicot izmaiņas reģistrācijas apliecībā, iesniedz informāciju par līgumiem, ja tā mainījusies kopš pēdējā iesniegšanas brīža. Aktualizētai informācijai par līgumiem jābūt arī situācijā, kad tiek mainīts komersanta veids, piemēram, no fiziskas personas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Nepieciešams ņemt vērā, ka:

		- jānorāda informācija par līgumu pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu. Nav jāiesniedz līgumu kopijas; - darbības, kuras pieprasītājs pats neveiks: rentģeniekārtas funkciju atbilstības testēšanu un novērtēšanu (tehnisko parametru novērtēšanu), elektrodrošības pārbaudi, darba vietas monitoringu, aizsarglīdzekļu pārbaudi, tehnisko apkopi un individuālo dozimetriju; - informācija par līgumu individuālās dozimetrijas nodrošināšanai jāiesniedz obligāti!
5.1.4.	informācija par jonizējošā starojuma avota pirkuma, dāvinājuma vai citu īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecināša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - jaunas rentģeniekārtas lietošanai vai glabāšanai; - tādas rentģeniekārtas lietošanai vai glabāšanai, kas tiek nomāta no cita operatora. Jāņem vērā, ka pieņemšanas – nodošanas aktam jābūt arī situācijā, kad tiek mainīts komersanta veids, piemēram, no fiziskas personas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Jābūt norādītai informācijai par īpašumtiesības apliecināša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu. Nav jāiesniedz līgumu kopijas.
Iesnieguma veidlapas 5.2. punkts (Darbību veikšanas vieta)		
5.2.1.	darba vietas monitoringa pēdējās pārbaudes rezultātu kopija	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - jaunas rentģeniekārtas lietošanai; - glabāšanā esošas rentģeniekārtas lietošanas uzsākšanai; - rentģeniekārtas lietošanai pēc tās lietošanas adreses vai vietas (telpas) maiņas.
5.2.2.	ar attiecīgajā jomā sertificētu radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas ekspertu saskaņots telpas plāns (montāžas plāns), kurā ietverta informācija par aizsardzības nodrošinājumu pret jonizējošo starojumu	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - jaunas rentģeniekārtas lietošanai; - glabāšanā esošas rentģeniekārtas lietošanas uzsākšanai; - rentģeniekārtas lietošanai pēc tās lietošanas adreses vai vietas (telpas) maiņas. Telpas plānu (montāžas plānu) iesniedz mērogā M 1:50 vai mazākā mērogā, norādot rentģeniekārtas atrašanās vietu telpā, logus, durvis, kā arī to telpu izmantošanas mērķi, kuras atrodas zem telpas, virs

		telpas un blakus telpai, kurā atrodas rentgeniekārta, barjeru biezumu, materiālu, papildu aizsardzību, vadības telpas esamību, plānoto dozu vai dozas jaudu darba vietā, plānoto noslogojumu. Telpas plāns nav jāsniedz, saņemot reģistrācijas apliecību, ja iepriekš plāns jau ticis iesniegts un tas atbilst šī brīža situācijai.
5.2.3.	attiecīgajā jomā sertificēta radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinums par to, ka darbībām ar jonizējošā starojuma avotu paredzēto telpu, ēku vai teritoriju ekspluatācijas apstākļi atbilst ražotāja nosacījumiem un plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotu nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - jaunas rentgeniekārtas lietošanai; - glabāšanā esošas rentgeniekārtas lietošanas uzsākšanai; - rentgeniekārtas lietošanai pēc tā lietošanas adreses vai vietas (telpas) maiņas. Atzinums jāsniedz, arī saņemot reģistrācijas apliecību <u>pēc speciālās atļaujas (licences), kas izsniegta līdz 31.12.2015., darbības termiņa beigām</u>, ja VVD RDC iepriekš nav ticis iesniegts eksperta atzinums. Eksperta atzinums nav jāiesniedz, saņemot reģistrācijas apliecību, ja iepriekš atzinums jau ticis iesniegts un tas atbilst šī brīža situācijai.
5.2.4.	informācija par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (pievienota ar apsardzes firmu noslēgtā līguma kopija vai norādīta informācija par līguma pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu)	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - pirmreizējas reģistrācijas apliecības saņemšanai; - rentgeniekārtas lietošanai/glabāšanai pēc tās lietošanas adreses vai vietas (telpas) maiņas. Informāciju iesniedz arī tad, ja pieprasa tikai glabāšanu, nevis lietošanu! Fiziskās aizsardzības pasākumu apraksts ietver informāciju par to, ka, piemēram, rentgeniekārta tiek glabāta/lietota telpā, kuras durvis ir slēdzamas un kurā nepiederošajiem ieeja ir aizliegta. Ja darbības ar rentgeniekārtu notiek telpās, kas tiek nomātas, iesniedz skaidrojumu, vai telpu īpašnieks nodrošina fizisko aizsardzību. Jāņem vērā, ka aktualizētai informācijai par līgumu, kas noslēgts ar apsardzes firmu, jābūt arī situācijā, kad tiek mainīts komersanta veids, piemēram, no fiziskas personas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

5.2.5.	radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas kopija	Iespējams izmantot Latvijas zobārstu asociācijas mājaslapā (www.lza-zobi.lv) ievietoto radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas pasākuma plāna veidlapu. Programmu (pasākumu plānu) var neiesniegt kopā ar iesniegumu pirmreizējas reģistrācijas saņemšanai rentgeniekārtas glabāšanai; savukārt, veicot izmaiņas reģistrācijas apliecībā, lai izslēgtu glabāšanu un iekļautu rentgeniekārtas lietošanu, programma (pasākumu plāns) būs jāiesniedz obligāti. Operatoriem, kas lieto koniska staru kūļa datortomogrāfijas iekārtas (panorāmas 3d zobārstniecības rentgeniekārtas), programmā jāiekļauj informācija par darbinieku papildu izglītību saskaņā ar MK noteikumu Nr. 752 12.3. punktu, pacientu saņemto dozu uzskaiti un analīzi (kā tiek veikta dozu uzskaitē, kādi izmeklējuma parametri tiek reģistrēti, kā tiek veikta dozu analīze) un par nosūtījumu izvērtēšanu (kā tiek veikta nosūtījumu izvērtēšana, kādas ir indikācijas, pie kurām tiek veikts izmeklējums).
5.2.6.	radiācijas drošības instrukcijas kopija	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu pirmreizējas reģistrācijas apliecības saņemšanai rentgeniekārtas lietošanai. Veicot izmaiņas reģistrācijas apliecībā, iesniedz aktualizētu instrukciju, ja tā mainījies kopš pēdējā iesniegšanas brīža. Instrukcijā norāda pasākumus un ierobežojumus, kas darbiniekiem jāņem vērā, veicot darbības ar rentgeniekārtu.
5.2.7.	individuālo aizsarglīdzekļu pēdējās pārbaudes rezultātu kopija vai iegādes apliecinājuma dokuments, ja iegāde veikta pēdējo divu gadu laikā	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - pirmreizējas reģistrācijas apliecības saņemšanai; - paplašinot darbības un uzsākot lietot rentgeniekārtu jaunā struktūrvienībā, citā adresē. Aizsarglīdzekļu nepieciešamību ņem vērā arī radiācijas drošības instrukcijā. Individuālie aizsarglīdzekļi attiecas ne vien uz darbinieku aizsardzību, bet arī uz pacientu aizsardzību. Atceramies! Individuālais dozimetrs nav aizsarglīdzeklis.
Iesnieguma veidlapas 5.3. punkts (Darbu vadītājs un darbinieki)		
5.3.1.	informācija par darbu vadītāju, pievieno arī rīkojumu par darbu vadītāja norīkošanu un izglītības dokumentu kopijas: a) vārds, uzvārds	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - pirmreizējas reģistrācijas apliecības saņemšanai rentgeniekārtas lietošanai; - ja kopš pēdējās ikgadējās atskaites iesniegšanas, pēdējās inspekcijas vai pēdējās iesnieguma iesniegšanas mainījies darbu vadītājs.

	b) personas kods c) izglītība, tai skaitā apmācība radiācijas drošībā d) pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem e) apmācības kursi radiācijas drošībā f) pēdējā veselības pārbaude, ja darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu g) darbinieka iedalījums A vai B kategorijā, ja darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu	Iesniedz rīkojuma kopiju par darbu vadītāja norīkošanu, tabulu, kurā uzskaitītas visas 5.3.1. punkta apakšsadaļas a)-g), un izglītības dokumentu kopijas (piemēram, zobārsta sertifikāts). Tabulas piemēru skatīt Pielikumiā! Darbu vadītāja kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst MK noteikumu Nr. 752 12.3. apakšpunktam - iegūts sertifikāts zobārsta specialitātē vai ārsta radiologa sertifikāts, vai medicīnas fiziķa vai radiogrāfera izglītība un vismaz viena gada pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem radiodiagnostikā. Ja zobārstniecības praksē tiek veikta arī koniska staru kūļa datortomogrāfija, zobārstam nepieciešama papildu izglītība šādu izmeklējumu veikšanai! Iesniedz arī informāciju par darbu vadītāja ārpuskārtas apmācību, ja mainās darba vai amata pienākumi, tiek ieviesta jauna aparatūra vai jauna procedūra darbā ar jonizējošā starojuma avotiem! Ja iesnieguma izskatīšanas laikā operators par darbu vadītāju norīko citu personu, operators 10 darbdienu laikā rakstiski paziņo par to VVD RDC.
5.3.2.	informācija par katru darbinieku, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu vai atrodas jonizējošā starojuma laukā: a) vārds, uzvārds b) personas kods c) izglītība, tai skaitā apmācība radiācijas drošībā d) apmācības kursi radiācijas drošībā e) pēdējā veselības pārbaude f) jonizējošā starojuma avots vai avoti, ar kuriem darbinieks norīkots strādāt g) darbinieka iedalījums A vai B kategorijā	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - pirmreizējas reģistrācijas apliecības saņemšanai rentģeniekārtas lietošanai; - paplašinot darbības un uzsākot lietot rentģeniekārtu jaunā struktūrvienībā, citā adresē; - ja kopš pēdējās ikgadējās atskaites iesniegšanas, pēdējās inspekcijas vai pēdējās iesnieguma iesniegšanas mainījies kāds darbinieks. Informāciju iesniedz tabulas veidā, kurā uzskaitītas visas 5.3.2. punkta apakšsadaļas a) - g). Tabulas piemēru skatīt Pielikumiā! Darbinieku kvalifikācijai jāatbilst MK noteikumu Nr. 752 17.-19. punktam. Iesniedz arī informāciju par darbinieku ārpuskārtas apmācību, ja mainās darba vai amata pienākumi, tiek ieviesta jauna aparatūra vai jauna procedūra darbā ar jonizējošā starojuma avotiem, piemēram, tiek uzsāktas darbības ar koniska staru kūļa datortomogrāfiju. Atgādinām, ka pirms iesnieguma iesniegšanas nepieciešams saņemt darbinieka individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumiem Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība".

Piemērs iesnieguma 5.3. pielikuma “Darbu vadītājs un darbinieki” tabulai

Ja ir vairāki jonizējošā starojuma avoti un/vai vairākas struktūrvienības, kurās JSA tiek lietoti, 5.3.2. tabulā par darbiniekiem uzskatāmi atspoguļo, kurā no struktūrvienībām konkrētie darbinieki strādā!

5.3.1. Informācija par darbu vadītāju

Vārds, uzvārds	Personas kods	Izglītība un profesionālā sertifikāta derīguma termiņš	Pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem (JSA)	Apmācības kursi radiācijas drošībā	Pēdējā veselības pārbaude, ja darbu vadītājs strādā ar JSA	Iedalījums A vai B kategorijā, ja darbu vadītājs strādā ar JSA
				Norāda kursu radiācijas drošībā nosaukumu, sertifikāta izsniedzēja iestādi un izsniegtā sertifikāta datumu	Pēdējās obligātās veselības pārbaudes datumu atbilstoši MK noteikumu Nr. 219 5. punktā noteiktajam biežumam. B kategorijas darbiniekiem veselības pārbaude jāveic ne retāk kā reizi 2 gados.	Darbinieku kategoriju norāda atbilstoši MK noteikumu Nr. 149 33. punktam. Zobārstniecības jomas darbinieki iedalāmi B kategorijā.

5.3.2. Informācija par darbiniekiem

Vārds, uzvārds	Personas kods	Izglītība	Apmācības kursi radiācijas drošībā	Pēdējā veselības pārbaude	Iedalījums A vai B kategorijā	JSA, ar kuru darbinieks norīkots strādāt
			Norāda kursu radiācijas drošībā nosaukumu, sertifikāta izsniedzēja iestādi un izsniegtā sertifikāta datumu	Pēdējās obligātās veselības pārbaudes datumu atbilstoši MK noteikumu Nr. 219 5. punktā noteiktajam biežumam. B kategorijas darbiniekiem veselības pārbaude jāveic ne retāk kā reizi 2 gados.	Darbinieku kategoriju norāda atbilstoši MK noteikumu Nr. 149 33. punktam. Zobārstniecības jomas darbinieki iedalāmi B kategorijā.	

Piemērs iesnieguma pielikumiem rentgeniekārtas glabāšanai

5.1.1. pielikums	tehniskā dokumentācija radioaktīvo vielu nesaturošam jonizējošā starojuma avotam – pamatinformācija par jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukumu, ražotāju, modeli, tipu, ražošanas gadu, maksimālo spriegumu un jaudu, rentgenlampas modeli, tipu un numuru, ģenerators modeli, tipu un numuru; medicīnā arī attēla iegūšanas sistēmas tehniskā informācija
5.1.4. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota pirkuma, dāvinājuma vai citu īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecinoša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu
5.2.4. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (pievienota ar apsardzes firmu noslēgtā līguma kopija vai norādīta informācija par līguma pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu)
5.5.1. pielikums	informācija par valsts nodevas samaksu
5.5.2. pielikums	dokuments, ar kuru pieprasītājs pilnvaro personu iesniegt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā šo iesniegumu un/vai saņemt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību